

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ГШР/17-06-2022/164537513

Действительно до 16 июня 2026 г.

**Средство измерений: Комплект термопреобразователей
сопротивления КТСП-Н**

регистрационный номер в Госреестре: 38878-08

заводской (серийный) номер: **47529**

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в полном объеме

в соответствии с: МП.ВТ.047-2002

с применением эталонов:

АСПТ №22-447 (19973.06.1P.09791 | 19973.06.3P.09796 | 19973.06.4P.00202722),
ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1И №21-5508 (60979.15.2P.00606222 | 60979.15.2P.00606223 |
60979.15.3P.00606246 | 60979.15.1P.09817 | 60979.15.4P.00277116)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха	23,5	°C
относительная влажность	51,8	%
атмосферное давление	100,2	кПа

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки:

Поверитель (инженер-метролог): Линде Р. П.

Начальник метрологической службы

Виленская О. Н.

2000000480053

17 июня 2022 г.

22
ГШР

Приложение: протокол поверки от 17 июня 2022 г.

№

48005

на 1 листе.

Метрологические характеристики соответствуют указанным в описании типа
средства измерений, зарегистрированном в Государственном реестре
Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
№ **38878-08**

Средства измерения, применяемые при поверке:

Термогигрометр ИВА-6Н (№756Е, Гос. реестр 46434-11), Барометр-анероид
БАММ-1 (№1715, Гос. реестр 5738-76), Мегаомметр Е6-31/1 (№3001.17, Гос.
реестр 53668-13)

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-164537513>

692519, Россия, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Володарского д.9
тел.: 8 (4234) 24-24-00; 271-331; 270-330
E-mail: CMK125@mail.ru; RMK125@mail.ru
www.primteplo.ru

**МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ГШР/24-06-2022/166174701

Действительно до 23 июня 2026 г.

**Средство измерений: Преобразователь расхода электромагнитный
ПРЭМ**

регистрационный номер в Госреестре: 17858-06

заводской (серийный) номер: **347310**

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в полном объеме

в соответствии с: РБЯК.407111.039 МП

с применением эталонов:

ТАЙФУН №030 (3.7.АИЩ.0001.2022)

при следующих значениях влияющих факторов:


температура воздуха	23,7 °C	атмосферное давление	100,3 кПа
температура воды	22,0 °C	напряжение питания	12,0 В
относительная влажность	58,5 %		

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки:

Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы



Виленская О. Н.

**22
ГШР**

24 июня 2022 г.

2000000487403

Приложение: протокол поверки от 24 июня 2022 г.

№

48740

на 1 листе.

Метрологические характеристики соответствуют указанным в описании типа
средства измерений, зарегистрированном в Государственном реестре
Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
№ 17858-06

Средства измерения, применяемые при поверке:

Мультиметр цифровой DT-9963 (№200414074, Гос. реестр 58550-14),
Термогигрометр ИВА-6Н-Д (№21908, Гос. реестр 46434-11)

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-166174701>

692519, Россия, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Володарского д.9
тел.: 8 (4234) 24-24-00; 271-331; 270-330
E-mail: CMK125@mail.ru; RMK125@mail.ru
www.primteplo.ru

**МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ГШР/24-06-2022/166174700

Действительно до 23 июня 2026 г.

**Средство измерений: Преобразователь расхода электромагнитный
ПРЭМ**

регистрационный номер в Госреестре: 17858-06

заводской (серийный) номер: **346135**

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в полном объеме

в соответствии с: РБЯК.407111.039 МП

с применением эталонов:

ТАЙФУН №030 (З.7.АИЩ.0001.2022)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха	23,7	°C	атмосферное давление	100,3	кПа
температура воды	22,0	°C	напряжение питания	12,0	В
относительная влажность	58,5	%			

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки:

Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы

Виленская О. Н.

Виленская О. Н.

2000000487410

24 июня 2022 г.

Приложение: протокол поверки от 24 июня 2022 г.

№

48741

на 1 листе.

Метрологические характеристики соответствуют указанным в описании типа
средства измерений, зарегистрированном в Государственном реестре
Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
№ 17858-06

Средства измерения, применяемые при поверке:

Мультиметр цифровой DT-9963 (№200414074, Гос. реестр 58550-14),
Термогигрометр ИВА-6Н-Д (№21908, Гос. реестр 46434-11)

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-166174700>

692519, Россия, Приморский край,

г.Уссурийск, ул.Володарского д.9

тел.: 8 (4234) 24-24-00; 271-331; 270-330

E-mail: CMK125@mail.ru; RMK125@mail.ru

www.primteplo.ru

**МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ С-ГШР/17-06-2022/164537599**

Действительно до 16 июня 2026 г.

Средство измерений: Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-02

регистрационный номер в Госреестре: 23195-06

заводской (серийный) номер: **121395**

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в полном объеме

в соответствии с: РБЯК.400880.036 РЭ

с применением эталонов:

СТЕНД СКС6 №161 (17567.98.1Р.00144036 | 17567.98.4Р.00492421 | 17567.98.РЭ.00492419)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха 23,1 °С

относительная влажность 59,5 %

атмосферное давление 100,2 кПа

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки:

Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы

Виленская О. Н.



2000000480985

17 июня 2022 г.

Приложение: протокол поверки от 17 июня 2022 г.

№

48098

на 1 листе.

Метрологические характеристики соответствуют указанным в описании типа
средства измерений, зарегистрированном в Государственном реестре
Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
№ 23195-06

Средства измерения, применяемые при поверке:
Термогигрометр ИВА-6Н-Д (№21908, Гос. реестр 46434-11)

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-164537599>

692519, Россия, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Володарского д.9
тел.: 8 (4234) 24-24-00; 271-331; 270-330
E-mail: CMK125@mail.ru; RMK125@mail.ru
www.primteplo.ru